实验室安全检查通报

2021年第1期 总第5期

(校内资料,注意保密)

实验室管理处编

2021年1月13日

根据《浙江省教育厅办公室关于进一步做好高校实验室安全检查和安全工作年度报告的通知》(浙教办函〔2020〕173号)精神和学校《关于开展2021年元旦、春节及寒假前实验室安全检查的通知》统一安排,1月11日至13日,在校实验室安全检查工作领导小组指导下,实验室管理处联合保卫处及学校其他相关部门组织检查组对全校重点科研平台、科研实验室、教学实验室、大型机械设备、危化品仓库等实验场所进行现场实地安全抽查,现将检查情况通报如下:

一、检查中发现的问题

学院	实验室/房间号	存在的问题(附现场图片)
工学院	25-108 机械设计竞赛室	1.实验室杂乱; 2.实验固废随意堆放,无标签标识; 3.桶装废液无标签标识

		1
工学院	22-106 环保材料研究实验室 22-112 XRD 衍射测试实验室及其它各实验室	1.消防检查卡未更新
工学院	23-416 材料高温制备室	1.水管漏水
工学院	23 号楼 5 楼走廊 23-503 无机颜料实验室	1.喷淋洗眼装置漏水
工学院	23-510 有机光电材料合成实验室	1.加热反应实验进行中无人看守


	I	7
工学院	23-511 环境化学实验室	1.学生实验中未穿实验服、未带手套
工学院	23-509 光电材料测试实验室及其他实验室	1.无易制毒、易制爆管制试剂使用记录
工学院	23-506 功能材料实验室 23-504	1.未贴标签或标签不规范
工学院	23-504	1.乱接电线;

生命科学学院	28-420 水产大型仪器室 28-607 植物组织培养准备 室 29-608	1.易制毒、易制爆管制试剂随意放置
生命科学学院	28-425 鱼类育种学实验室 29-507 509 无机化学实验 室(1)	1.试剂标签不规范
生命科学学院	29-425 29-604	1.废液桶摆放不规范
生命科学学院	28-208 应用微生物实验室 29-607 609 有机化学实验 室(1) 29-604	1.废液桶未贴标签

生命科学学院	生科院各实验室	1.急救药箱内物品过期未更换
生命科学学院	28-212 214 生物制药综合 实验室(1) 29-627 629 天然药物化学 科研实验室 29-610 612 药物分析实验 室(1) 及其他实验室	1.实验室门被物品堵住
生命科学院	29-627 629 天然药物化学 科研实验室	1.学生做实验未穿实验服







1.试剂无标签; 2.喷淋洗眼装置无下水口; 3.乱接插座; 4.仪器无作业指导书及警示提醒 27-405生化与分子生物学 医学院 研究室 1.普通药品柜内存放锌粒易制爆品且柜门长期无 法打开; 2.废液无标签标识堆放; 3.消防检查卡未更新 3-101药品库 理学院





1.废液未贴标签;

理学院

3-111 器件制备实验室



二、整改要求

- (一)高度重视。涉及相关学院领导要高度重视实验室安全,把实验室安全作为平安校园重点工作来抓。强化责任落实,确保安全职责落实到位。在全院范围内开展一次专题实验室安全教育,提高师生安全意识。
- (二)立即整改。请相关学院对检查中发现的问题,严格按照"五落实"制度,制定完整的整改方案和安全保障措施,确保整改措施落实到位,确保给师生提供安全的实验环境。相关整改情况和整改措施务必在 1 月 22 目前上交实验室管理处。
- (三)加强巡查。各单位要加强对实验室巡查力度,并做好相关记录。对巡查中发现的问题要及时反馈,做好整改。同时针对存在的问题要举一反三,总结经验教训,逐步提高实验室安全管理水平,完善实验室管理机制,为"平安校园"建设和学校长治久安保驾护航。 抄送:校领导、各单位主要负责人、分管实验室安全工作领导